

MELT SRL - Calea Mosilor nr.308, Bl. 48 bis, Ap.20, 020902 Bucuresti

(Tehnica de Laborator
pentru Evaluarea Materialelor)

Telefon/Fax: **021 610 29 15**

Fax: **021 211 70 98**

Mobil: **0788 (0744) 523618** E-mail: **melt@clicknet.ro**

0788 147430

Web: **www.melt.ro**

Cod Inregistrare Fiscala RO5270 Reg. Com. J40/10907/1991

Banca: BCR – Suc. Mosilor

Cont IBAN: RO51RNCB0088002255960001



Oferta pentru: **ETALOANE DURITATE**

ROCKWELL

Scara	Valori nominale
HRC	20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 63, 65, 67
HRA	60, 63, 65, 68, 70, 73, 76, 78, 81, 83, 84, 85
HRD	40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 67, 71, 73, 74, 77
HR15N	69, 72, 75, 78, 81, 83, 85, 88, 90, 91, 92, 93
HR30N	41, 46, 50, 55, 59, 64, 68, 73, 77, 80, 82, 83
HR45N	19, 25, 31, 37, 43, 49, 55, 61, 66, 70, 72, 74

Certificat: EP conform EN ISO 6508 – 3 si ASTM E18

Daca este necesar, blocurile de referinta pot fi insotite de certificate UKAS - United Kingdom Accreditation Service (Serviciul de Acreditare al Marii Britanii) – acelesi masuratori certificate de UKAS, cu costuri suplimentare.

Dimensiuni: $\phi 64\text{mm} \times 15\text{mm}$; **SUPRAFATA de 32cm^2**

Marimea suprafetei raportata la pret este foarte importanta pentru ca se pot efectua mai multe sau mai putine teste.

Blocurile de referinta pot fi marcate pe toata suprafata cu un caroiaj de forma unor hexagoane regulate cu marimea laturii de la 2 la 6 mm, pentru o amplasare ordonata a amprentelor. Costul suplimentar pentru caroiere este de 14 EUR / fiecare bloc de referinta marcat.

Valorile blocurilor de referinta mentioante mai sus sunt valori tinta. Valoarea etaloanelor livrate poate diferi cu +/- 2 unitati Rockwell fata de valorile nominale oferitate. Valorile testelor de repetabilitate pe un etalon sunt in conformitate cu valorile specificate in ASTM.

UKAS = United Kingdom Accreditation Service

MELT SRL - Calea Mosilor nr.308, Bl. 48 bis, Ap.20, 020902 Bucuresti

(Tehnica de Laborator
pentru Evaluarea Materialelor)

Telefon/Fax: **021 610 29 15**

Fax: **021 211 70 98**

Mobil: **0788 (0744) 523618** E-mail: **melt@clicknet.ro**

0788 147430

Web: **www.melt.ro**

Cod Inregistrare Fiscala **RO5270** Reg. Com. **J40/10907/1991**

Banca: **BCR – Suc. Mosilor**

Cont IBAN: **RO51RNCB0088002255960001**



Oferta pentru: **ETALOANE DURITATE**

ROCKWELL

Scara	Valori nominale
HRB	20, 30, 40, 50, 60, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100
HRA	22, 26, 31, 35, 40, 45, 47, 50, 53, 55, 59, 62
HRE	75, 81, 87, 93, 100
HRF	74, 80, 86, 91, 97, 100
HRG	3, 18, 33, 41, 49, 58, 66, 74, 83
HRH	94, 98
HRK	38, 47, 56, 65, 73, 81, 86, 91, 95, 99
HR15T	67, 70, 73, 77, 80, 83, 85, 86, 88, 90, 91, 93
HR30T	29, 36, 43, 49, 56, 63, 66, 69, 73, 76, 80, 83
HR45T	2, 12, 22, 32, 43, 48, 53, 58, 63, 68, 73

In afara unei specificatii, etaloanele HRB – HR45T se furnizeaza calibrate cu bila din otel. Se pot furniza la cerere calibrate cu bila din carbura de wolfram.

Certificat: EP conform EN ISO 6508 – 3 si ASTM E18

Daca este necesar, blocurile de referinta pot fi insotite de certificate UKAS - United Kingdom Accreditation Service (Serviciul de Acreditare al Marii Britanii) – acelesi masuratori certificate de UKAS, cu costuri suplimentare.

Dimensiuni: $\phi 64\text{mm} \times 15\text{mm}$; **SUPRAFATA de 32cm²**

Marimea suprafetei raportata la pret este foarte importanta pentru ca se pot efectua mai multe sau mai putine teste.

Blocurile de referinta pot fi marcate pe toata suprafata cu un caroiaj de forma unor hexagoane regulate cu marimea laturii de la 2 la 6 mm, pentru o amplasare ordonata a amprenzelor. Costul suplimentar pentru caroiere este de 14 EUR / fiecare bloc de referinta marcat.

Valorile blocurilor de referinta mentonate mai sus sunt valori tinta. Valoarea etaloanelor livrate poate diferi cu +/- 4 unitati Rockwell fata de valorile nominale ofertate. Valorile testelor de repetabilitate pe un etalon sunt in conformitate cu valorile specificate in ASTM.

UKAS = United Kingdom Accreditation Service

MELT SRL - Calea Mosilor nr.308, Bl. 48 bis, Ap.20, 020902 Bucuresti

(Tehnica de Laborator
pentru Evaluarea Materialelor)

Telefon/Fax: **021 610 29 15**

Fax: **021 211 70 98**

Mobil: **0788 (0744) 523618** E-mail: **melt@clicknet.ro**

0788 147430

Web: **www.melt.ro**

Cod Inregistrare Fiscala **RO5270** Reg. Com. **J40/10907/1991**

Banca: **BCR – Suc. Mosilor**

Cont IBAN: **RO51RNCB0088002255960001**



Oferta pentru: **ETALOANE DURITATE**

ROCKWELL

HRL	123, 118, 92
HRM	118, 107, 67
HRP	112, 94, 86
HRR	126, 123, 105
HRS	123, 117, 115
HRV	120, 109, 107
HR15W	94, 87, 84
HR30W	87, 73, 67
HR45W	80, 59, 50
HR15X	96, 93, 92
HR30X	92, 84, 82
HR45X	85, 76, 72
HR15Y	98, 96, 95
HR30Y	95, 91, 90
HR45Y	94, 87, 85

Certificat: EP conform ASTM E18

Daca este necesar, blocurile de referinta pot fi insotite de certificate UKAS - United Kingdom Accreditation Service (Serviciul de Acreditare al Marii Britanii) – acelesi masuratori certificate de UKAS, cu costuri suplimentare.

Dimensiuni: $\phi 64\text{mm} \times 15\text{mm}$; **SUPRAFATA de 32cm²**

Marimea suprafetei raportata la pret este foarte importanta pentru ca se pot efectua mai multe sau mai putine teste.

Blocurile de referinta pot fi marcate pe toata suprafata cu un caroiaj de forma unor hexagoane regulate cu marimea laturii de la 2 la 6 mm, pentru o amplasare ordonata a amprentelor. Costul suplimentar pentru caroiere este de 14 EUR / fiecare bloc de referinta marcat.

Valorile blocurilor de referinta mentionate mai sus sunt valori tinta. Valoarea etaloanelor livrate poate diferi cu +/- 4 unitati Rockwell fata de valorile nominale ofertate. Valorile testelor de repetabilitate pe un etalon sunt in conformitate cu valorile specificate in ASTM.

UKAS = United Kingdom Accreditation Service